

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Краљице Ане бб
БЕОГРАД
Број: 15-25213
09-07-2015
Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12 и 14/2015), Комисија за јавну набавку сачињава:

**Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
за јавну набавку мале вредности - лабораторијска опрема и инструменти за ДНК
анализу по партијама, редни број 30-1.1.21**

на писане захтеве заинтересованих лица, упућени путем електронске поште 06. јула 2015. године и 08. јула 2015. године:

1. Питање: Партија 1. – Лабораторијски фрижидер захтевано је да фрижидер има интегрисани дата логер са меморијом као и RS232 интерфејс. Молимо Вас да нам одговорите да ли је RS232 интерфејс неопходан, обзиром да је потребно да фрижидер има USB интерфејс за везу са USB меморијом и која би била његова намена?

Одговор: За партију 1. – лабораторијски фрижидер потребно је да исти има и интегрисан дата логер са меморијом и PC 232 интерфејс као што је наведено у конкурсној документацији у делу техничке спецификације .

2. Питање: Партија 3 – Vorteks миксер за мешање супстанци у тест тубама тражен је Vorteks миксер за мешање супстанци у тест тубама. Електрична мешалица за епрувете од 1.5 до 50ml, могућност континуираног и импулсног рада, опсег рада од 750-3000 грт. Молимо вас да прецизирујете да ли је потребно понудити носаче - адаптере за више од 1 епрувете, распон 1.5 до 50ml, који омогућавају истовремено мешање?

Одговор: За партију 3. – Vorteks миксер за мешање супстанци у тест тубама није потребно понудити носаче - адаптере за више од 1 епрувете, који омогућавају истовремено мешање, имајући у виду да исти нису тражени конкурсном докуменатацији у делу техничке спецификације.

3. Питање: Партија 2 –PCR инструмент за ланчану реакцију умножавања ДНК фрагмената. Да ли је могуће понудити Thermal Cycler са опсегом температуре 10 °C - 100 °C и опцијом final hold 4 °C? Обзиром да сваки понуђач као доказ техничких карактеристика има својствен начин њиховог приказивања и параметра мерења, молимо Вас за појашњење да ли ће бити прихватљива понуда за Thermal Cycler чија је унiformност на 55 °C \pm 0.3 °C и тачност на 55 °C \pm 0.25 °C?

Одговор: За партију 2. PCR инструмент за ланчану реакцију умножавања DNK фрагмената конкурсном документацијом у делу техничке спецификације, тражен је еквивалент моделу 2720 Thermal Cycler, Applied Biosystems, чији је опсег температуре 4.0-99,9 °C, унiformност \pm 0.5 °C (30 секунди после старта на 95 °C) и температурна тачност \pm 0.25 °C (у опсегу: 35-100 °C). У складу са наведеним, потребно је понудити добро са техничким карактеристикама које има модел 2720 Thermal Cycler, Applied Biosystems.

Члан Комисије за јавну набавку

др Јасмина Станковић - Тирић

Јасмин Станковић - Тирић