

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА**

Број: 15-17582
06-06-2016

**БЕОГРАД
Краљице Ане бб**

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку сачињава:

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности добара – лабораторијска опрема и инструменти за ДНК анализу по партијама, редни број 19-1.1.21

На писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 03.06.2016.

1. Питање: Партија 1 – Да ли је прихватљиво понудити грејач за епрувете са контролисаним температурним интервалом који има могућност грејања на 150°C?

Одговор: Није прихватљиво понудити грејач за епрувете са контролисаним температурним интервалом који има могућност грејања на 150°C. Потребно је понудити грејач који има могућност грејања на температури 200°C.

**заменик члана
Комисије за јавну набавку
мр Соња Бановић Стевић**